

Dom zdravlja "Alibunar"
Trg Slobode 19
Broj: 02-15/ 9n
Datum: 07.12.2017.

Na osnovu člana 20 i člana 63. stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik RS,br. 24/2012 i 68/2015) Dom zdravlja "Alibunar" donosi)

DODATNO POJAŠNJENJE
Za javnu nabavku 1.1.9/17

Na osnovu pismenog obraćanja predstavnika ponuđača komisija za javnu nabavku 1.1.9/17 Doma zdravlja Alibunar donosi dodatno pojašnjenje i dopunu konkursne dokumentacije:

Za Partiju 6- Biohemija

1. Da li je prihvatljivo Bilirubin T, diazo sulfanilnu metodu? Da, prihvatljivo je.
2. Da li je prihvatljivo Bilirubin D, diazo sulfanilnu metodu? Da, prihvatljivo je.
3. Da li je prihvatljivo za stavku 15 ponuditi ferozin ili hromazurol B? Da, prihvatljivo je.
4. Da li je prihvatljivo za stavku 19 ponuditi CRP standard koji ne mora da bude unutar kutije već posebno, ali da bude uračunat u cenu pakovanja? Da, prihvatljivo je.
5. Da se iz stavke 7,8,12 izostavi LCF? Da, prihvatljivo je.
6. Da li je prihvatljivo da biohemijski analizator ima opseg hlađenja: 2-12 C? Da, prihvatljivo je.
7. Da li je prihvatljivo da biohemijski analizator ima opseg očitavanja absorbance: 0-3.3Abs? Da, prihvatljivo je.
8. Da li je prihvatljivo da biohemijski analizator min 80 kiveta? Da, prihvatljivo je.

Za Partiju 2- Hematološki analizator

Tehnička dokumentacija za navedenu partiju ostaje ista, uz dopunu da se dostavi izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o roku trajanja bočice kontrolne krvi nakon otvaranja.



KOMISIJA
Spasojević Dragana, dipl. pravnik